

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ СЕРТ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ С-ГС.004.ПР.00742

Срок действия с 27.12.2022 по 26.12.2025

000953

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «РПН СФЕРА», рег. № ГС.ОС.004
115533, Россия, город Москва, проспект Андропова, дом № 22, помещение 1.
Тел./факс: +7 (499) 271-79-84

Код ОКПД2

26.51.52.130

ПРОДУКЦИЯ

Преобразователи измерительные АИР-20/М2, модификации: АИР-20/М2-Н,
АИР-20/М2-МВ. Продукция изготовлена в соответствии с техническими
условиями ТУ 4212-064-13282997-05.
Серийный выпуск.

Код ТН ВЭД ЕАЭС

9026 20 200 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012, ГОСТ Р МЭК 61508-2-2012, ГОСТ ИЕС 61508-3-2018
(уровень полноты безопасности 2 (SIL 2)).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «ЭЛЕМЕР».
Место нахождения (адрес юридического лица): 124489, Россия, город Москва, город Зеленоград, проезд
4807-й, дом 7, строение 1; адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: 124489,
Россия, город Москва, город Зеленоград, проезд 4807-й, дом 7, строение 1; 124489, Россия, город Москва,
город Зеленоград, проезд 4807-й, дом 2.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «ЭЛЕМЕР».
Место нахождения (адрес юридического лица): 124489, Россия, город Москва, город Зеленоград, проезд
4807-й, дом 7, строение 1; адреса мест осуществления деятельности: 124489, Россия, город Москва, город
Зеленоград, проезд 4807-й, дом 7, строение 1; 124489, Россия, город Москва, город Зеленоград, проезд 4807-
й, дом 2. Номер телефона: + 7 (495) 987-12-38; e-mail: elemer@elemer.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 2212573Н от 20.12.2022. Испытательной лаборатории Общества с ограниченной
ответственностью «НефтеГазБезопасность».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия хранения продукции по ГОСТ 15150-69. Средний срок службы – согласно технической документации
изготовителя.



Руководитель органа

В.А. Кузнецова

Эксперт

А.Н. Аксёнов

Сертификат не применяется при обязательной сертификации