УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
НПП «ЭЛЕМЕР»

_____ В.М. Окладников
«_11_»_____04_____ 2014 г.

ОТВЕТНЫЕ ФЛАНЦЫ / ПЕРЕХОДНИКИ

F

ФОРМА ЗАКАЗА

Вводится в действие с «_25_»_04_2014 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор по маркетингу

_____Р.О. Балуев
«_2_»_04_____2014 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОС и ТД

_____Л. И. Толбина
«_02_»_04_____2014 г.

Технический директор

_____ Д. В. Дегтярев
«_2_»_04_____2014 г.

Форма заказа

Ответные фланцы / переходники

F

F	X	X	X	X	X	X	X
1	2	3	4	5	a	b	7
					6		

1. Тип ответных фланцев / переходников
2. Вид фланцев (таблица 1)
3. Материал фланцев:
   - Углеродистая сталь. Код при заказе «0»
   - Нержавеющая сталь. Код при заказе «1»
   - Молибденовая сталь. Код при заказе «3»
4. DN, мм (in): 15(1/2’’), 20(3/4’’), 25(1’’), 40(3/2’’), 50(2’’), 65(5/2’’), 80(3’’), 100(4’’), 150(6’’)
5. PN, кГс/см^2, (psi): 6 (150), 16 (300), 40 (600), 63 (900), 100 (1500), 160 (2500), 200, 250
6. Размеры штуцера
   a. Вход (процесс) размер резьбы (таблица 2)
   b. Вход (процесс)
      - Внутренняя резьба. Код при заказе «0»
      - Внешняя резьба. Код при заказе «1»
7. Стандарт фланца:
   - ГОСТ 12815-80. Код при заказе «ГОСТ»
   - ANSI 16.5. Код при заказе «ANSI»
   - DIN 2501. Код при заказе «DIN»

Таблица 1

Код при заказе	Вид фланцев	Описание
0		Заглушка фланцевая по ГОСТ 12836-67, ANSI или DIN 2501
1		Фланец плоский приварной по ГОСТ 12820-80, ANSI или DIN 2501
2		Фланец воротниковый по ГОСТ 12821-80, ANSI или DIN 2501

Таблица 2

Код при заказе	Резьба
A	M20x1,5
E	1/2’’ NPT
G	G 1/2’’
O	Другие

Пример заказа

F	1	0	50	16	A	1	ГОСТ
1	2	3	4	5	a	b	7
					6		

F	0	1	40	6	E	0	DIN
1	2	3	4	5	a	b	7
					6		