

Орган по сертификации продукции
ООО «Прибор-Тест».
RA.RU.11NB05 от «14» января 2019,
выданный Федеральной службой по аккредитации.
Место нахождения: 124489, Россия, г. Москва, г. Зеленоград, проезд 4807-й, дом 7, строение 1
Телефон: +7 (499) 645-54-23, адрес электронной почты: info.os@pribor-test.ru


подпись


УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОС
С.В.Мамайкин
инициалы, фамилия

РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ

№ 0045 /Р от 12.10.2020

В результате рассмотрения заявки № 0045 от 09.10.2020

Общество с ограниченной ответственностью Научно – производственное предприятие «ЭЛЕМЕР»

наименование заявителя - юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя или ФИО физического лица и его паспортные данные
ОГРН 1025005689830

ОГРН или номер регистрационного документа индивидуального предпринимателя

Место нахождения:

124489, Россия, г. Москва, г. Зеленоград, проезд 4807-й, дом 7, строение 1.

Адреса мест осуществления деятельности:

124489, Россия, г. Москва, г. Зеленоград, проезд 4807-й, дом 7, строение 1;

124489, Россия, г. Москва, г. Зеленоград, проезд 4807-й, дом 2

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности (при не совпадении)

телефон: +7(495)9871238

адрес электронной почты: elemer@elemer.ru

телефон, адрес электронной почты

на проведение обязательной сертификации продукции:

Термопреобразователи универсальные ТПУ 0304, модификации: ТПУ 0304/М1-СВ, ТПУ 0304/М2-СВ

наименование и вид продукции, включая торговую марку, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 9025198009, 9030310000

серийный выпуск

серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции

выпускаемой: Общество с ограниченной ответственностью Научно – производственное предприятие «ЭЛЕМЕР»

наименование изготовителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя

Место нахождения:

124489, Россия, г. Москва, г. Зеленоград, проезд 4807-й, дом 7, строение 1.

Адреса мест осуществления деятельности:

124489, Россия, г. Москва, г. Зеленоград, проезд 4807-й, дом 7, строение 1;

124489, Россия, г. Москва, г. Зеленоград, проезд 4807-й, дом 2

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности (при не совпадении)

по техническим условиям «Термопреобразователи универсальные ТПУ 0304/М1-СВ, ТПУ 0304/М2-СВ»,
ТУ 4227-121-13282997-2014

наименование и обозначение документации изготовителя (стандарт, ТУ, КД, образец-эталон)

и представленных заявителем документов:

1. Технические условия «Термопреобразователи универсальные ТПУ 0304/М1-СВ, ТПУ 0304/М2-СВ», ТУ 4227-121-13282997-2014.
2. Руководство по эксплуатации НКГЖ.411611.007РЭ.
3. Паспорт НКГЖ.411611.007ПС.
4. Копии учредительных документов.
5. Перечень стандартов, применяемых на добровольной основе при изготовлении оборудования (приложение 2 к заявке на 1 листе)

перечень документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции установленным требованиям

ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Отказать Заявителю в проведении сертификации в связи с

тем, что действие Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (в соответствии со ст.1 ТР ТС 004/2011) не распространяется на заявленную на сертификацию продукцию: Термопреобразователи универсальные ТПУ 0304, модификации: ТПУ 0304/М1-СВ, ТПУ 0304/М2-СВ, т.к. она предназначена для использования при номинальном напряжении ниже 50 В переменного тока и ниже 75 В постоянного тока.

Эксперт


подпись

О.А.Василенко

Инициалы, фамилия