



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB05.B.00024/20

Серия **RU** № **0150323**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукция Общества с ограниченной ответственностью «Прибор-Тест». Место нахождения (адрес юридического лица): 124489, Россия, город Москва, город Зеленоград, проезд 4807-й, дом 7, строение 1. Адрес места осуществления деятельности: 124489, Россия, город Москва, город Зеленоград, проезд 4807-й, дом 7, строение 1, помещение №7. Аттестат аккредитации № RA.RU.11HB05 от 14.01.2019; телефон: +7 (499) 6455423; адрес электронной почты: info.os@pribor-test.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью Научно – производственное предприятие «ЭЛЕМЕР». Место нахождения (адрес юридического лица): 124489, Россия, город Москва, город Зеленоград, проезд 4807-й, дом 7, строение 1. Адреса мест осуществления деятельности: 124489, Россия, город Москва, город Зеленоград, проезд 4807-й, дом 7, строение 1; 124489, Россия, город Москва, город Зеленоград, проезд 4807-й, дом 2. ОГРН: 1025005689830. Телефон: +7(495)9871238, адрес электронной почты: elemer@elemer.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью Научно – производственное предприятие «ЭЛЕМЕР». Место нахождения (адрес юридического лица): 124489, Россия, город Москва, город Зеленоград, проезд 4807-й, дом 7, строение 1. Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: 124489, Россия, город Москва, город Зеленоград, проезд 4807-й, дом 7, строение 1; 124489, Россия, город Москва, город Зеленоград, проезд 4807-й, дом 2

ПРОДУКЦИЯ

Преобразователи давления измерительные АИР-20/М2, модификации: АИР-20/М2-Н, АИР-20/М2-МВ. Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями «Преобразователи давления измерительные АИР-20/М2», ТУ 4212-064-13282997-05. Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9026202000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № Т048 LAV-EMC/06-20 от 02.06.2020 года испытательного центра технических средств Общества с ограниченной ответственностью "Прибор-Тест", аттестат аккредитации № RA.RU.21AG33 от 28.01.2015 года; Акта анализа состояния производства № 0031А от 28.05.2020 года. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 020/2011, в соответствии с листом 1 Приложения (бланк № 0652577). Условия хранения в транспортной таре на складе - в соответствии с условиями 3 по ГОСТ 15150-69, в воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси; ресурс - 150000 часов, в течение срока службы 15 лет, для исполнения АИР-20/М2-Н-ГС - 160000 часов в течение срока службы 20 лет, для исполнения АИР-20А/М2-Н, АИР-20А/М2-МВ, АИР-20АЕх/М2-Н, АИР-20АЕхd/М2-Н, АИР-20ЕхdIа/М2-Н не должен быть менее 250000 часов в течение срока службы 30 лет, в том числе срок хранения 12 месяцев с даты (момента) изготовления

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 05.06.2020 ПО 04.06.2025
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись) (подпись)



Мамайкин Сергей Владимирович

(Ф.И.О.)

Василенко Олег Анатольевич

(Ф.И.О.)

