

Устройство имитационно-поверочное

## **ИМИТАТОР ИПУ-01**

**ФОРМА ЗАКАЗА**

Вводится в действие с «25» июня 2025 г.

**Устройство имитационно-поверочное ИМИТАТОР ИПУ-01  
Форма заказа<sup>1</sup>**

ИМИТАТОР ИПУ-01 1	X 2	X 3	X 4	X 5	НКСЖ.421452.004 ТУ 6
----------------------	--------	--------	--------	--------	-------------------------

**1. Обозначение типа**

**2. Не используется (зарезервировано)**

**3. Комплект дополнительных (запасных) кабелей**

Таблица 1 – Комплект дополнительных (запасных) кабелей\*

Вид исполнения	Код при заказе
Дополнительные (запасные) кабели не поставляются	-
Кабель №1 для подключения ИМИТАТОР ИПУ-01 к ППР и БИЭМ	N1
Кабель №2 для подключения ИМИТАТОР ИПУ-01 к БПР	N2
Кабель №3 для осуществления поверки ИМИТАТОРА ИПУ-01	N3
Кабель USB A – miniUSB	Каб-USB
Полный комплект дополнительных (запасных) кабелей включает все вышеперечисленные кабели	ALL

Примечание – ИМИТАТОР ИПУ-01 штатно комплектуется полным набором кабелей. Выбор дополнительного (запасного) кабеля/кабелей рекомендуется для компенсации рабочего набора в случае утраты кабелей.

**4. Вспомогательное оборудование**

Средство измерений сопротивления обмоток катушек индуктивности *первичного преобразователя расхода (ППР) расходомера-счетчика электромагнитного ЭЛЕМЕР-РЭМ-2.*

*Дополнительный инструмент, обеспечивающий выполнение всех условий поверки расходомеров.*

Таблица 2 – Вспомогательное оборудование

Вид исполнения	Код при заказе
Не поставляется	-
Средство измерений сопротивления обмоток катушек индуктивности расходомера (мультиметр RGK DM-50 Регистрационный № 81409-21) <i>(Общепромышленное исполнение. Рекомендуется в случае проведения поверки расходомеров вне взрывоопасной зоны)</i>	MP
Взрывозащищенное средство измерений сопротивления обмоток катушек индуктивности расходомера ИКСУ-260 / Ех / ТУ 4381-072-13282997-07 <i>(Рекомендуется в случае проведения поверки взрывозащищенных расходомеров во взрывоопасной зоне)</i>	ИКСУ260
Примечание – Средство измерений сопротивления обмоток катушек индуктивности, используемые при поверке расходомера, должно быть поверено в установленном порядке	

<sup>1</sup> При формировании кода конфигурации прибора по данной форме заказа все пункты должны быть заполнены по порядку

## 5. Принадлежности для транспортировки

Таблица 3 – Принадлежности для транспортировки

Вид исполнения	Код при заказе
Дополнительные принадлежности не поставляются	-
Кейс для ИПУ-01	КС

## 6. Технические условия НКГЖ.421452.004 ТУ

Пример базовой конфигурации устройства имитационно-поверочного ИМИТАТОР ИПУ-01:

№ п/п	Пункт ФЗ	Код заказа	Значение
1	Тип имитационно-поверочного устройства	ИМИТАТОР ИПУ-01	Имитационно-поверочное устройство
2	Не используется	-	(Зарезервировано)
3	Комплект дополнительных (запасных) кабелей	-	Дополнительный (запасной) набор кабелей отсутствует в поставке.
4	Вспомогательное оборудование	МР	Средство измерений сопротивления обмоток катушек индуктивности ППР расходомера (мультиметр) присутствует в поставке
5	Принадлежности для транспортировки	КС	ИМИТАТОР ИПУ-01 поставляется в прочном кейсе для транспортировки
6	Технические условия	ТУ	НКГЖ.421452.004 ТУ

02062025